

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Пол: ЖЕНСКИЙ
Дата рождения: 29/01/1995 Полных лет: 29
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Жен.



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
ИНДЕКС НАСЫЩЕНИЯ ТРАНСФЕРРИНА ЖЕЛЕЗОМ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 28/02/2024 14:55	Дата поступления в лабораторию: 01/03/2024	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с биохимическим модулем с702, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.1 г/л</i>			
<i>A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови</i>			
Трансферрин	2.92	г/л	2.00 - 3.60
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.9 мкмоль/л</i>			
<i>A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови</i>			
Железо сывороточное	19.9	МКМОЛЬ/Л	5.8 - 34.5
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования</i>			
<i>A12.05.019 Исследование насыщения трансферрина железом</i>			
Индекс насыщения трансферрина железом	27.1	%	15.0 - 50.0

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
01/03/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов